ERRATA

CARTA CONVITE Nº 025/2013

A Prefeitura Municipal de Harmonia – Estado do Rio Grande do Sul, torna público para conhecimento dos interessados, as seguintes alterações nos anexos I e II do Edital de Carta Convite nº 025/2013:

Onde lê-se:

Autoclave - esterilização a vapor sob pressão. Autoclave digital. Manômetro digital com barra de LEDs. Programa único de esterilização. Capacidade mínima de 21 litros. Câmara em aço inox ou alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional. Secagem com porta entreaberta. Sistema de segurança 13. Sistema com microcontrolador. No mínimo 02 anos de garantia. Voltagem 220v.

Passa a ler-se:

Autoclave - esterilização a vapor com capacidade de 12 litros, modelo horizontal e analógica de cor branca e teclado de controle na cor turquesa, com câmara em alumínio programa único de esterilização e 13 sistemas de segurança. Dimensões internas da câmara 22cm X 30cm diâmetro por profundidade. Dimensões externas da autoclave 39,5cm de largura x 38cm de altura x 61 cm de profundidade. Peso bruto incluindo componentes de 20,7Kg, e peso líquido de 18,9Kg. Voltagem, 220V, freqüência 50/60Hz, potência 1600W. Câmara com 2 bandejas em alumínio anodizado, secagem com porta entreaberta e sistema com microcontrolador.

Os demais itens do edital ficam inalterados.

Harmonia/RS, 28 de Novembro de 2013.

CARLOS ALBERTO FINK
Prefeito Municipal